

試験成績書

発行日：2022年2月21日

【試験製品】

製品名 : 3%水酸化カリウム水溶液
Lot No. : K22A17A
製造日 : 2022年2月15日
有効期限 : スギヤマゲン出荷後6か月

【外観試験】

試験実施日：2022年2月15日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日：2022年2月18日

試験菌	判定基準	判定
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	陽性 : 糸を引く	適合
<i>Streptococcus aureus</i> ATCC 25923	陰性 : 変化なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

