

# 試験成績書

発行日： 2025 年 3 月 24 日

## 【試験製品】

製品名 : 0.5M EDTA  
Lot No. : K-2503A  
製造日 : 2025 年 3 月 11 日  
有効期限 : 製造後 冷凍 2 年

## 【外観試験】

試験実施日： 2025 年 3 月 11 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	無色透明液体	適合

## 【性能試験】

試験実施日： 2025 年 3 月 19 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC-BAA 2146	陽性 : 5mm以上の阻止円拡大	適合
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC-BAA 1705	陰性 : 阻止円直径の差が5mm未満	適合

## 【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

