

試験成績書

発行日： 2025 年 4 月 28 日

【試験製品】

製品名 : 3%過酸化水素水
Lot No. : HO-2504A
製造日 : 2025 年 4 月 21 日
有効期限 : 製造後1年

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 4 月 21 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル記載内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル記載内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日： 2025 年 4 月 25 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	陽性 : 気泡発生	適合
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	陰性 : 変化なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

