

試験成績書

発行日： 2025 年 3 月 25 日

【試験製品】

製品名 : 2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液
Lot No. : DL-2503E
製造日 : 2025 年 3 月 18 日
有効期限 : スギヤマゲン出荷後6か月

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 3 月 25 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日： 2025 年 3 月 20 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	陽性 : コロニーの消失	適合
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	陰性 : 変化なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

