

# 試験成績書

発行日： 2025 年 4 月 3 日

## 【試験製品】

製品名 : ラパポート・バシリアデス液体培地  
Lot No. : 250324  
製造日 : 2025 年 3 月 24 日  
有効期限 : 製造より 6 カ月

## 【性能試験】 42°C培養 10<sup>2</sup>の結果

判定日： 2025 年 3 月 29 日

試験菌	判定基準	結果	判定
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 13311	RV培地の濁り：有	有	適合
	$10^5$ CFU/mL以上の良好な発育	良好な発育	適合
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	RV培地の濁り：無	無	適合
	発育の抑制を確認	発育抑制	適合

## 【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔



