

出荷試験成績書

発行日： 2025 年 3 月 25 日

【試験製品】

製品名 : 0.5%硫酸水 (100mL)
Lot No. : SA-2503B
製造日 : 2025 年 3 月 18 日
有効期限 : スギヤマゲン出荷後6か月

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 3 月 18 日

項目	判定基準	判定
容器	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外袋	ラベル内容	適合
	ラベル貼付 (前面・背面)	適合

【内容物性状】

試験実施日： 2025 年 3 月 18 日

項目	判定基準	判定
内容物	無色透明の液体	適合

【参考値】

測定実施日： 2025 年 3 月 18 日

項目	測定条件	結果
pH	25℃	1.16

【出荷判定】

合格

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

