

# 試験成績書

発行日： 2025年11月26日

## 【試験製品】

製品名 : 10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液  
Lot No. : DH-2511C  
製造日 : 2025年11月18日  
有効期限 : スギヤマゲン出荷後6か月

## 【外観試験】

試験実施日： 2025年11月25日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

## 【性能試験】

試験実施日： 2025年11月21日

試験菌	判定基準	判定
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	陽性 : 透明化	適合
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	陰性 : 変化なし	適合

## 【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

