

試験成績書

発行日： 2025 年 5 月 15 日

【試験製品】

製品名 : α -グルコシダーゼ試薬
Lot No. : GL-2505C
製造日 : 2025 年 4 月 28 日
有効期限 : 製造後1年

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 4 月 28 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日： 2025 年 5 月 8 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	陽性 : 青白蛍光	適合
<i>Fusobacterium necrophorum</i> JCM 3718	陰性 : 蛍光なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

