試 験 成 績 書

発行日： 2026 年 5 月 15 日

【試 験 製 品】

製品名 ： スポットインドール試薬
Lot No. ： SI-2605B
製造日 ： 2026 年 5 月 7 日
有効期限 ： 製造より1年

【外 観 試 験】 試験実施日： 2026 年 5 月 7 日

試 験 項 目	判 定 基 準	判 定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性 能 試 験】 試験実施日： 2026 年 5 月 11 日

試 験 菌	判 定 基 準	判 定
Escherichia coli ATCC 25922	陽性 ： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色の変化が現れる（1 分以内）	適合
Fusobacterium necrophorum JCM 3718	陽性 ： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色の変化が現れる（1 分以内）	適合
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	陰性 ： 変化なし	適合
Bacteroides fragilis ATCC 25285	陰性 ： 変化なし	適合

【総 合 判 定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン
〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
品質管理室 伊藤俊輔