

試験成績書

発行日： 2026 年 2 月 25 日

【試験製品】

製品名 : ラパポート・バシリアデス液体培地
Lot No. : 260217
製造日 : 2026 年 2 月 17 日
有効期限 : 製造より8カ月

【性能試験】 42℃培養 10²の結果

判定日： 2026 年 2 月 23 日

試験菌	判定基準	結果	判定
Salmonella Typhimurium ATCC 13311	RV培地の濁り：有	有	適合
	10 ⁵ CFU/mL以上の良好な発育	良好な発育	適合
Escherichia coli ATCC 25922	RV培地の濁り：無	無	適合
	発育の抑制を確認	発育抑制	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔



